

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach

"Moja Przychodnia"

Przychodnia nr 1

ul. Mickiewicza 9, Katowice

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792) zgodnie z art. 32c pkt. 2.

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na :

- uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:
aparat ogólnodiagnostyczny (zezwolenie NS/HR/432-77/111/064/08 z dnia 4.03.2008r wydany przez ŚPWIS w Katowicach)
aparat mammograficzny (zezwolenie nr 269/2011 wydany dnia 29.07.2011r przez ŚPWIS w Katowicach)
aparat densytometryczny (zezwolenie nr 539/2017 wydany dnia 4.10.2017r przez ŚPWIS w Katowicach)
- uruchamianiu pracowni rentgenowskiej (decyzja 4.03.2008r NS/HR/432-77/110/064 08 aktualizacja 4.10.2017r NS-HR.9026.2.257.2017 wydany przez ŚPWIS w Katowicach)
- uruchamianiu pracowni mammograficznej (decyzja nr 269/2011 wydana dnia 29.07.2011r. przez ŚPWIS w Katowicach)
- zgoda PWIS – decyzja

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

- dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 03.2021 do 03.2022) zmierzona dawka efektywna wyniosła: odczyt poniżej czułości detektora – uzyskana wartość poniżej 0,4mSv/rok
- dawkomierzy środowiskowych - nie dotyczy, pomiary z użyciem dozymetru środowiskowego nie wykonywane

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych : rutynowo jednostka nie wykonuje pomiarów dozymetrycznych osłon stałych, pomiar wykonany przy uruchomieniu pracowni lub wymianie aparatu rentgenowskiego - brak przekroczeń dawek dopuszczalnych dla personelu oraz osób postronnych/otoczenia (uzyskana wartość poniżej 0,5mSv/rok)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U z 2005 poz.168) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;
- ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

- Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
- Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Kierownik Przychodni nr 1

.....
Podpis kierownika, data
lek. med. Maciej Wawrzyczek