

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach

"Moja Przychodnia"

Przychodnia nr 3

ul. PCK 1, Katowice

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792) zgodnie z art. 32c pkt. 2.

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na :

- uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:
aparat ogólnodiagnostyczny (499/2019 z dnia 13.11.2019 ŚPWIS Katowice)
aparat stomatologiczny do zdjęć wewnątrzustnych (291/2016 z dnia 12.10.2016 wydany przez ŚPWIS w Katowicach)
aparat stomatologiczny do zdjęć zewnątrzustnych (291/201 z dnia 12.10.2016 wydany przez ŚPWIS w Katowicach)
aparat densytometryczny (NS/HR/432-1688/66/043/05/06 z dnia 03.03.2006 wydany przez PWIS w Katowicach)
- uruchamianiu pracowni rentgenowskiej 498/2019 z dnia 13.11 ŚPWIS Katowice
- uruchamianiu pracowni rentgenowskiej (290/2016 z dnia 12.10.2016 wydany przez ŚPWIS w Katowicach)
- uruchamianiu pracowni rentgenowskiej (NS/HR/432-1688/65/043/05/06 z dnia 03.03.2006 wydany przez PWIS w Katowicach)
- zgoda PWIS – decyzja nr 95 z dnia 14.07.2022r

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

- dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy 05.2021 – 05.2022 zmierzona dawka efektywna wyniosła: odczyt poniżej czułości detektora – uzyskana wartość poniżej 0,4mSv/rok
- dawkomierzy środowiskowych - nie dotyczy, pomiary z użyciem dozymetru środowiskowego nie wykonywane

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych : rutynowo jednostka nie wykonuje pomiarów dozymetrycznych osłon stałych, pomiar wykonany przy uruchomieniu pracowni lub wymianie aparatu rentgenowskiego - brak przekroczeń dawek dopuszczalnych dla personelu oraz osób postronnych/otoczenia (uzyskana wartość poniżej 0,5mSv/rok)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U z 2005 poz.168) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;
- ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

- Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
- Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

.....

Podpis kierownika, data